Cochlear®
Hear now. And always

Hurtigveiledning for Android-tilkobling

Cochlear™ Baha® 6 Max

Fordeler ved tilkobling direkte til enhet fra kompatible Android-smarttelefoner (ASHA).

- Trådløs overføring av musikk eller annen lyd fra apper direkte til lydprosessoren
- Trådløs overføring av telefonsamtaler direkte til lydprosessoren
- Bruk av Cochlear™ Baha® Smart App

android

Kompatibilitet

For oppdatert informasjon om kompatibilitet, se **www.cochlear.com/compatibility**

Paring og tilkobling av lydprosessoren

Nedenfor ser du skjermbilder som viser hvordan du parer Baha 6 Max-lydprosessoren med en Android-smarttelefon.

Se brukerveiledningen til din kompatible Android-smarttelefon, og følg instruksjonene for paring med en Bluetooth-enhet.

1. Gå til **Innstillinger > Tilkoblinger > Bluetooth** og sørg for at Bluetooth er slått på (figur 1, 2).
2. Start lydprosessoren på nytt ved å åpne og lukke batteriluken (figur 3).



figur 1



figur 2

figur 3

Hurtigveiledning for Android-tilkobling

Cochlear™ Baha® 6 Max

Paring og tilkobling av lydprosessor

3. Du vil se lydprosessoren din under Tilgjengelige enheter (figur 4). Hvis du ikke ser lydprosessoren, starter du den på nytt og trykker på «Søk» øverst i høyre hjørne på skjermen på smarttelefonen (figur 5).
4. Trykk på navnet til lydprosessoren i listen for å opprette en tilkobling (figur 6).
5. Smarttelefonen vil pare og koble til lydprosessoren (figur 7).



figur 4



figur 5

Oppheve paring av lydprosessoren

For å fjerne en lydprosessor som har vært paret med smarttelefonen tidligere, går du til **Innstillinger > Bluetooth** og trykker på tannhjulet ved siden av lydprosessoren (figur 7).

Nederst i høyre hjørne på skjermen som åpnes (figur 8), trykker du på «Avslutt sammenkobling».

Enheten din vil fortsatt vises i listen over tilgjengelige Bluetooth-enheter.

Trykk igjen for å pare.

For å tømme listen med tilgjengelige enheter slår du av Bluetooth og deretter på igjen.



figur 6



figur 7



figur 8

Hurtigveiledning for Android-tilkobling

Cochlear™ Baha® 6 Max

Overføring av telefonsamtaler

Etter paring kan telefonsamtaler overføres direkte til den tilkoblede lydprosessoren.

Når lydprosessoren er koblet til, skal den være standardvalget for lydoverføring.

Når du fore tar en telefonsamtale, åpnes det automatisk en meny som lar deg velge hvor lyd skal overføres.

Når du mottar en telefonsamtale (eller under en telefonsamtale), kan du trykke på Bluetooth-ikonet (figur 9) på skjermen og velge hvor lyden skal overføres.



figur 9

Koble til smarttelefonen din igjen

Enheten vil koble fra lydprosessoren når du slår av lydprosessoren, hvis batteriet til lydprosessoren har for lite strøm, eller hvis du er utenfor rekkevidde.

For å koble til igjen automatisk må du sørge for at lydprosessoren har nok batteristrøm, og at lydprosessoren er innenfor enhetens rekkevidde. Du hører en serie pipelyder fra lydprosessoren som bekrefter tilkoblingen.

Hvis tilkoblingen ikke automatisk gjenopprettes, må du kanskje oppheve paring av lydprosessoren og gjenta paringssekvensen.

Paring med bilaterale lydprosessorer

For å overføre lyd til to lydprosessorer samtidig må de pares bilateralt.

Hvis du ikke vet om lydprosessorene er paret bilateralt, kan du kontakte audiografen din og sørge for at de to lydprosessorene er konfigurert som venstre- og høyreenhet, og at Control Sync er PÅ.

Hurtigveiledning for Android-tilkobling

Cochlear™ Baha® 6 Max

Paring til mer enn én smarttelefon

Du kan pare opptil fem ulike smarttelefoner med lydprosessoren, men du kan bare være tilkoblet én lydprosessor (eller bilateralt par) om gangen.

Hvis du vil endre tilkobling mellom enheter manuelt, slår du av Bluetooth på den tilkoblede enheten og slår på Bluetooth på enheten du vil koble til. Da vil den kobles til igjen automatisk.

Hjelp

Hvis du vil ha mer informasjon om og støtte for Baha 6 Max Lydprosessor og Android-overføring, kan du kontakte audiografen din, se i bruksanvisningen til lydprosessoren eller gå til nettsiden til Cochlear: www.cochlear.com

Hvis du vil ha mer hjelp, kan du gå til **www.cochlear.com/customer-service** for å finne kontaktopplysningene til Cochlears kundeserviceteam i ditt område.

Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 792 44 00, Fax: +46 31 792 46 95

Regional Offices

Cochlear Ltd, (ABN 96 002 618 073), 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109 Australia
Tel: +61 2 9428 6555, Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Americas, 10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124, USA
Tel: +1 303 790 9010, Fax: +1 303 792 9025

Cochlear AG, EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland
Tel: +41 61 205 8204, Fax: +41 61 205 8205

Cochlear Latinoamerica, S. A., International Business Park Building 3835, Office 403 Panama Pacifico, Panama
Tel: +507 830 6220, Fax: +507 830 6218

www.cochlear.com

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og helsepersonellet vil informere deg om de faktorer som kan påvirke resultatet som du får. Les alltid instruksjonene før bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med din lokale Cochlear-representant for produktinformasjon. Benledningsimplantatsystemer fra Baha er i Australia ment for behandling av moderat til kraftig hørselstap.

Cochlear, Baha, 科利耳, コクレア, 코클리어, Hear now. SmartSound, den ellipseformede logoen og merker med symbolet ® eller ™ er enten varemerker eller registrerte varemerker for Cochlear Bone Anchored Solutions AB eller Cochlear Limited (med mindre annet er oppgitt).

Android er et varemerke for Google LLC. Android-roboten er gjengitt eller modifisert fra verker laget og delt av Google, og brukes i henhold til vilkårene beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License.

Bluetooth®-ordet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og Cochlear Limited bruker disse på lisens.

© Cochlear Bone Anchored Solutions AB 2021. Med enerett. 2021-02.

D1813797-V1. Norwegian translation of D1763086-V1.