Oppsettveiledning

Cochlear™ Baha® Smart App for iOS

Fordeler ved bruk av Cochlear™ Baha® Smart App

- Kontroller Baha 6 Max-lydprosessoren direkte fra din kompatible Apple-enhet.
- Juster volum, bytt program og aktiver trådløs overføring av lyd fra Cochlear™ True Wireless™-enheter.
- Tilpass din hørselsopplevelse.
- Motta hjelp og få nyttige råd om bruk.
- Lokaliser en mistet lydprosessor.

Baha Smart

Download on the App Store

Slik laster du ned Cochlear Baha Smart-appen

Cochlear Baha Smart-appen kan lastes ned gratis fra App Store i godkjente land.

Kompatibilitet

Baha Smart-appen fungerer med Baha 6 Max-lydprosessor og kompatible Apple-enheter.

For oppdatert informasjon om kompatibilitet, se www.cochlear.com/compatibility

Apple Watch

Bruk Apple Watch for rask tilgang til å justere volumet, eller for å endre program, velge en favoritt eller aktivere trådløs overføring av lyd fra Cochlear True Wireless-enheter.

Apple Watch vil også vise varsler som advarsler om lydprosessorens batteri.

Oppsettveiledning

Cochlear™ Baha® Smart-app for iOS

Kom i gang

Før du laster ned, installerer og åpner appen, må du pare lydprosessoren din med Apple-enheten. Dette gjøres via enhetens innstillinger. Se lenger ned i denne veiledningen for instruksjoner om paring.



Når du har startet appen, kan du trykke på "Demo" for å begynne å lære om de forskjellige funksjonene, eller trykke på "Kom i gang" for å fortsette med å koble appen til lydprosessoren din.

Hvis du vil kontrollere lydprosessoren din med Baha Smart-appen, må du logge inn med dine Cochlear kontoopplysninger. Hvis du ikke har en Cochlear-konto, kan du opprette en konto ved å trykke på "Opprett konto" og følge instruksjonene på skjermen.

Når du er logget inn, vil appen gå gjennom en rekke trinn for å sikre at en sikker forbindelse kan fullføres. Hvis det er problemer, vil instruksjonene bli presentert på skjermen. Etter fullføring fortsetter appen automatisk til startskjermbildet.

Oppsettveiledning

Cochlear™ Baha® Smart-app for iOS

Justere volumet



Bruk volumkontrollen til å justere volumet på lydprosessoren, eller trykk på høyttalerikonet for å slå av lyden. Hvis du har en bilateral konfigurasjon, trykker du på det horisontale kontrollikonet for å utvide og få tilgang til de enkelte volumkontrollene.



Bruk volumkontrollen til å justere lydvolumet som strømmes fra True Wireless-enhetene, eller trykk på det tilhørende ikonet for å slå av lyden. Hvis du har en bilateral konfigurasjon, trykker du på det horisontale kontrollikonet for å utvide og få tilgang til de enkelte volumkontrollene.

Bytte program og aktivere trådløs overføring fra True Wireless-enheter



1. Trykk på programikonet for å få tilgang til alle tilgjengelige program i lydprosessoren og parede True Wireless-enheter.



2. Trykk på programmet/tilbehøret du vil bytte til. Hvis du har opprettet dine egne favoritter, vises de i en rullbar liste nederst.

Oppsettveiledning

Cochlear™ Baha® Smart-app for iOS

Opprette favoritter



1. Trykk på equalizer-ikonet i fanemenyen på startskjermbildet for å justere bass, mellomtone og diskant.



2. Flytt glidebryteme opp eller ned for å optimalisere lyden etter omgivelsene du er i. Trykk på ikonet for å gå tilbake til standardinnstillingene (flat).



3. Appen har noen forhåndsinnstillinger som kan være nyttige i forskjellige lydmiljøer. Du kan alltid finjustere dem manuelt ved å bruke glidebryterne. Trykk på "Neste"-knappen for å lagre disse innstillingene som en favoritt i appen for enkel tilgang senere.

4. Velg et ikon for den nye favoritten din, og trykk deretter på "Neste". Velg deretter om du vil koble favoritten til et bestemt sted eller ikke, og trykk så på Ferdig.

Vise status på lydprosessor

Trykk på informasjonsikonet ⓘ for å se gjeldende status på lydprosessor.



Skjermbildet Status viser gjeldende program, volumnivå osv. Dette kan være veldig nyttig hvis du er forelder/foresatt til en Baha-mottaker.

Oppsettveiledning

Cochlear™ Baha® Smart-app for iOS

Skjermbildet Innstillinger



Fra skjermbildet App-innstillinger, som er tilgjengelig ved å trykke på ikonet for innstillingsmenyen ☰ på startskjermbildet, kan du velge blant en rekke alternativer og funksjoner.

Du kan finne en mistet lydprosessor ved hjelp av singalstyrken (jo nærmere du kommer, jo høyere vil linjen(e) være). Trykk på «Finn lydprosessor» i innstillingsmenyen.

Trykk på nålikonet nederst på siden Finn lydprosessor for å finne en lydprosessor som er lenger unna. Kartet viser det siste stedet telefonen din hadde kontakt med lydprosessoren.

Trykk på "Hørselssporing" i innstillingsmenyen for å spore lydprosessorbruk og se modell- og serienummer for lydprosessoren din.

Oppsettveiledning

Cochlear™ Baha® Smart-app for iOS

Apple Watch

Sveip over skjermen mot venstre eller høyre for å velge program, aktivere overføring av lyd fra trådløst tilbehør eller velge en favoritt. Bruk Digital Crown-hjulet for å justere volumet opp eller ned (eller dempe ved å sette volumet til 0).

Slik parer og kobler du lydprosessoren din til Baha Smart-appen

Pare Apple-enheten din med lydprosessoren

Før du starter paringen...

1. Sørg for at lydprosessoren har et nytt batteri.
2. Lukk alle åpne apper på Apple-enheten din.
3. Slå av eventuelle parede Cochlear True Wireless-enheter.
4. Sørg for at lydprosessoren din er slått av.
5. På Apple-enheten går du til Innstillinger > Tilgjengelighet
6. Slå på lydprosessoren for å gjøre den synlig i 120 sekunder. Når du parer to lydprosessorer, må du slå dem på samtidig.
7. Trykk på "Høreapparater" på Apple-enheten. Hvis Bluetooth-funksjonaliteten er slått av, trykker du for å slå den på.
8. Apple-enheten vil nå begynne å søke etter lydprosessoren. Dette kan ta litt tid.
9. Trykk på navnet på lydprosessoren når det vises. Hvis du parer bilaterale lydprosessorer, vises bare ett navn sammen med R + L.
10. Når paringsvinduet vises, godtar du paringsforespørselen (eller paringsforespørslene hvis du parer bilaterale lydprosessorer).
11. **Viktig:** Vent (og ikke forlat paringsskjermbildet) til du hører bekreftelse av paring i lydprosessoren før du fortsetter. Du vil høre 6 pipetoner, etterfulgt av en pulstone ca. 20 sekunder senere. (eller vent i 120 sekunder for å være sikker på at prosessen er fullført).
12. Når paringen er fullført, fortsetter du med å starte og koble til Baha Smart App.

Oppsettveiledning

Cochlear™ Baha® Smart-app for iOS

Slik parer og kobler du lydprosessoren din til Baha Smart-appen

Koble Baha Smart-appen til lydprosessoren din

Før du starter Baha Smart-appen, må du sørge for at paringen ble bekreftet og at lydprosessoren har et nytt batteri og er slått på.

Trykk ganske enkelt på ikonet for Baha Smart-appen på Apple-enheten for å aktivere appen.

1. Tillat at appen får tilgang til posisjonen din for å hjelpe deg med å finne en mistet lydprosessor og varsle deg når du går inn i et tilkoblet område.
2. Tillat at appen sender deg varsler for å motta advarsler om batteri og tilkobling, eller tips om hvordan du oppnår den beste høreopplevelsen.
3. Les personvernerklæringen, og velg om du vil godkjenne eller avslå å sende anonymisert diagnostikk- og bruksinformasjon for å hjelpe Cochlear med å forbedre produktene. Valget påvirker ikke din mulighet til å bruke appen.
4. Velg "Kom i gang" for å kontrollere lydprosessoren din, eller "Demo" for å utforske appen.
5. Hvis du velger "Kom i gang", fortsetter du med å logge på med Cochlear-kontoopplysningene dine. Hvis du ikke har en Cochlear-konto, velger du "Opprett ny konto" og følger instruksjonene på skjermen.
6. Når du er logget inn, følger du instruksjonene på skjermen for å fortsette med å opprette en sikker forbindelse og synkronisere appen med lydprosessoren. Hvis noe ikke fungerer som det skal, vil du få instruksjoner.
7. Når tilkoblingen er fullført, åpnes appen på startskjermbildet. Du er nå klar til å kjøre Cochlear Baha Smart App.

Oppheve paring av lydprosessoren på iPhone.

Trykk på Innstillinger > Tilgjengelighet > Høreapparater på Apple-enheten.

Trykk på navnet på lydprosessoren under Enheter. Trykk på "Glem denne enheten".

Merk: Du må kanskje slå Bluetooth-funksjonaliteten av og på.

Om favoritter

I enkelte tilfeller kan favorittene dine bli fjernet fra appen, inkludert:

- hvis du har oppfølging med en hørselsspesialist og det gjøres endringer i programmene dine.
- hvis du parer en lydprosessor med et annet serienummer.
- hvis du parer en Cochlear True Wireless-enhet til lydprosessoren manuelt.
- når du logger ut av appen.

Oppsettveiledning

Cochlear™ Baha® Smart-app for iOS

Feilsøking

Forbindelsen går tapt

Hvis forbindelsen går tapt og appen ikke klarer å koble til lydprosessoren på nytt etter at du har fulgt instruksjonene på skjermen, kan du prøve å lukke appen helt og oppheve paring av lydprosessoren fra Apple-enheten. Gjenta deretter paringssekvensen og start appen på nytt.

Hvis du vil ha mer hjelp, kan du gå til www.cochlear.com/customerservice for å finne kontaktopplysningene til Cochlears kundeserviceteam i ditt område.

Oppdatere iOS

For å minimere risikoen for tilkoblingsproblemer når du oppdaterer Apple-enhetens operativsystem (iOS), anbefaler vi at du opphever paring av lydprosessoren og avinstallerer appen før du oppdaterer iOS.

Hvis du opplever problemer etter oppdatering av iOS, må du koble fra lydprosessoren, avinstallere appen og starte Apple-enheten på nytt. Deretter starter du med å pare lydprosessoren, før du laster ned og installer appen.

For oppdatert informasjon om kompatibilitet kan du se www.cochlear.com/compatibility.

Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 792 44 00, Fax: +46 31 792 46 95

Regional Offices

Cochlear Ltd, (ABN 96 002 618 073), 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109 Australia
Tel: +61 2 9428 6555, Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Americas, 10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124, USA
Tel: +1 303 790 9010, Fax: +1 303 792 9025

Cochlear AG, EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland
Tel: +41 61 205 8204, Fax: +41 61 205 8205

Cochlear Latinoamerica, S. A., International Business Park Building 3835, Office 403 Panama Pacifico, Panama
Tel: +507 830 6220, Fax: +507 830 6218

www.cochlear.com

Oppsøk helsepersonell for å få råd om behandling av hørselstap. Resultatene kan variere, og helsepersonellet vil informere deg om faktorer som kan påvirke resultatet ditt. Les alltid instruksjonene før bruk. Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med din lokale Cochlear-representant for produktinformasjon. Benledningsimplantatsystemer fra Baha er i Australia ment for behandling av moderat til kraftig hørselstap.

Cochlear, Baha, 科利耳, コクレア, 코클리어, Hear now. SmartSound, den ellipseformede logoen og merker med symbolet ® eller ™ er enten varemerker eller registrerte varemerker for Cochlear Bone Anchored Solutions AB eller Cochlear Limited (med mindre annet er oppgitt).

Apple, Apple Watch, iPhone, iPad, iPod Touch og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke for Apple Inc.

Bluetooth®-ordet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og Cochlear Limited bruker disse på lisens.

© Cochlear Bone Anchored Solutions AB 2021. Med enerett. 2021-03.

D1825553-V1 Norwegian translation of D1763106-V1